

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na:  
Dostawę suszarki laboratoryjne o pojemności 60 l oraz kuwety ze stali  
nierdzewnej**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00346637/01 z dnia 2024-05-31**

**Pytanie 1**

Czy dopuszczają Państwo jako przedmiot zamówienia suszarkę o temp. maks. 250C?

**Odpowiedź**

Zgodnie z specyfikacją przetargową Zamawiający wymaga zakres temperaturowy od +5 °C do +300 °C.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność użytkową suszarki wynoszącą 56 l?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza suszarkę o pojemności od 56l do 60 l.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pracy 5 st.C powyżej temperatury otoczenia do +300 st.C?

**Odpowiedź**

Tak. Temperatura od +5 ° C do +300 ° C.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza 2 półki druciane (typu ruszt) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej?

**Odpowiedź**

Tak. Zamawiający dopuszcza 2 półki druciane (typu ruszt) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.